



PRODUKT = ANSVAR

En guide för användning av Mercado Medics arbetsstolar



Citlig från 090201

Senast ändrad 10 03 29

Artikelnummer: 803326



EN SÄKER ARBETSSTOL

Eftersom du som arbetsterapeut, sjukgymnast eller verksamhetschef får ett allt större ansvar över brukarnas säkerhet har vi framställt en guide som visar under vilka förutsättningar de olika modellerna av REAL-stolar är godkända att använda enligt Mercado Medic AB's produktansvar. Vi håller även kurser i detta ämne.

Grunden för en stabil och säker arbetsstol är understödsytan. Med det menas om underredet är tillräckligt stabilt för brukarens vikt och behov.

Det finns olika generationer REAL-arbetsstolar och i detta häfte kan du se om din brukare är rätt person för en REAL-arbetsstol när det gäller **medicinteknisk säkerhet**.

Brukaren måste kunna sitta i stolen med armstöden uppfällda. Armstödsplattorna får alltså inte fungera som extra breddning av sitsen. Är brukaren för bred men ändå ligger inom viktintervallet på respektive modell ska stolen inte användas. Större modeller (REAL 9200 TWIN) finns sedan 2002 att tillgå i vårt sortiment.

I de olika serierna och årsmodellerna fram till 96 06 30 fanns ett antal olika underreden med varierande mått på djupet och bredden. Det viktigaste är vilken profil stolsbenen är tillverkade i. Fyrkantiga- eller ovala rör.

En viktig funktion på en arbetsstol är fixeringen av sitheten och underredet. Man måste veta vilket håll som är framåt och bakåt. En arbetsstol måste vara utrustad med broms men får ej ha fri rotation som t.ex. kontorsstolar.

Har din REAL-stol fixeringsrör som är sprucket i svetsen (eller saknas helt) skall stolen kasseras. Kontorsstolar är inte godkända av **Hjälpmedelsinstitutet enligt ISO 9999-180903** och får därför inte användas som medicintekniskt hjälpmedel.

REAL 4000 SERIEN MED FYRKANTIGA RÖR MAX BRUKARVIKT 70 KG

FÅR MAN ANVÄNDA REAL 4000 SERIEN OM DEN ÄR UTRUSTAD MED?

Nackstöd	Nej
Benstöd	Nej
Större sittplatta än 44x43cm (bxd)	Nej
Medic ryggmekanism	Nej
Comfort ryggmekanism	Nej
Uppfyller stabilitetskravet, EN:1335	Nej
CE-märkt	Nej



** Stolen på bilden kan vara extra utrustad*

REAL 4000 SERIEN MED OVALA RÖR MAX BRUKARVIKT 90 KG

FÅR MAN ANVÄNDA REAL 4000 SERIEN OM DEN ÄR UTRUSTAD MED?

Nackstöd	Nej
Benstöd	Nej
Större sittplatta än 44x48cm (bxd)	Nej
Medic ryggmekanism	Nej
Comfort ryggmekanism	Nej
Uppfyller stabilitetskravet, EN:1335	Nej
CE-märkt	Nej



** Stolen på bilden kan vara extra utrustad*

REAL 5000 SERIEN MED OVALA RÖR MAX BRUKARVIKT 90 KG

FÅR MAN ANVÄNDA REAL 5000 SERIEN OM DEN ÄR UTRUSTAD MED?

Nackstöd	Nej
Benstöd	Nej
Större sittplatta än 44x48cm (bxd)	Nej
Medic ryggmekanism	Nej
Comfort ryggmekanism	Nej
Uppfyller stabilitetskravet, EN:1335	Nej
CE-märkt	Nej



** Stolen på bilden kan vara extra utrustad*

REAL 1000SC-EL SERIEN MED OVALA RÖR MAX BRUKARVIKT 120 KG

FÅR MAN ANVÄNDA REAL 1000SC-EL SERIEN OM DEN ÄR UTRUSTAD MED?

Nackstöd	Nej
Benstöd	Nej
Större sittplatta än 48x48cm (bxd)	Nej
Medic ryggmekanism	Ja
Comfort ryggmekanism	Ja
Uppfyller stabilitetskravet, EN:1335	Nej
CE-märkt	Nej
Elektrisk Höj- och Sänkbar	Ja



** Stolen på bilden kan vara extra utrustad*

 **REAL® 9000**

 **REAL® 9000 PLUS**



REAL 9000 SERIEN

MANUELLA MAX BRUKARVIKT 130 KG / ELEKTRISKA MAX BRUKARVIKT 150 KG

FÅR MAN ANVÄNDA REAL 9000 SERIEN OM DEN ÄR UTRUSTAD MED?

Nackstöd	Ja
Benstöd	Ja
Större sittplatta än 48x48cm (bxd)	Ja
Medic ryggmekanism	Ja

Comfort ryggmekanism	Ja
Uppfyller stabilitetskravet, EN:1335	Ja
CE-märkt	Ja



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 22 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se